

### 3 人工呼吸器関係の事例 ～人工鼻について～

#### 発生時の状況と経過

- ・6/4(金)に、児童が利用している放課後デイサービスの看護師から、放課後デイサービス利用時に、テスト肺に人工鼻が付いたままになっていたことがあったと当校看護師Aに連絡があった。
- ・看護師Aが教員と一緒に事実関係の確認をしたところ、5/31(月)に起こったことだということが分かった。

#### 発生時の対応と処置

- ・6/8(火)に小学部の主事と看護師Aが保護者に状況を説明し、謝罪した。
- ・保護者からは「短い時間だったし、大丈夫。」とっていただいた。



#### 考えられる原因や背景

- ・本人に呼吸器を装着後、オムツ交換等で回路を外す時は、人工鼻の下から外し、テスト肺につなげるようになっていたが、何らかの要因で人工鼻から外してしまったことが原因として考えられる。
- ・回路をテスト肺から本人につなぐ際に人工鼻が無いことに気付かず、返却物品チェック表で確認する際にもテスト肺に人工鼻が付いていたことに気付けなかった。

#### 再発防止に向けた対策・改善点

- ・回路を外す時は、人工鼻の下から外すことを看護師間で再確認した。
- ・返却物品確認用の札(生徒のカバンに付けるもの)と、教室にある返却物品チェック表に人工鼻と記入し、教員と共に下校前にダブルチェックするようにした。
- ・オムツ交換などで呼吸器を外し再装着した後も、教員と共にダブルチェックするようにした。

#### ポイント！

- 人工呼吸器に人工鼻がなぜ必要か理解を深めましょう。
- おむつ交換の後は、人工呼吸器の回路はダブルチェックをしましょう。
- 人工呼吸器を外さないで行うおむつ交換の方法も検討しましょう。